




单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: 	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 杭州市S2+学会书记	
项目信息	项目名称: 杭州市肿瘤医院三维后装机放射源(铯-192)	
	供应商名称: 医科达(上海)医疗器械有限公司	
专业人员 论证意见	<p>目前临床使用的三维后装治疗机 是使用放射源进行放射治疗的设备。 放射源直接照射肿瘤的安全性。目前 仅有荷兰Nucletron厂生产的放射源满足 要求, 医科大(少梅)生科口腔有限公司 由厂商指定该项目唯一供货。 不同供应商提供的后装放射源可能 存在差异, 包括放射活性度, 放射性能等 等, 采用单一来源采购, 可以确保后装 放射源的一致性。</p>	
专业人员 签字		日期 2024年9月3日


注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名： <i>陈剑秋</i>
	职称： <i>助理</i>
	工作单位： <i>浙大-院</i>
项目信息	项目名称：杭州市肿瘤医院三维后装机放射源（铯-137）
	供应商名称：医科达（上海）医疗器械有限公司
专业人员 论证意见	<p>该采购项目内容为放射源（铯-137） 属单一来源，且为进口放射源设备的 唯一供应商。只有荷兰Nucletron可 生产，为确保不存在差异，后装放射 源的一致性，综上，同意作为单 一来源采购。</p>
专业人员 签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;"> 日期 <u>2024</u> 年 <u>9</u> 月 <u>7</u> 日 </div> </div>

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名:	王珂
	职称:	高工
	工作单位:	杭州海关
项目信息	项目名称:	杭州市肿瘤医院三维后装机放射源(铱-192)
	供应商名称:	医科达(上海)医疗器械有限公司
专业人员 论证意见	<p>该院所购设备由不同厂家提供 的放射源源可存在显著差异, 为保放射源的准确性,必须 通过单一来源方式进行。如果不同的 供应商可包含增加跟踪追溯的 难度。</p> <p>综上所述,单一来源采购是更为 确保安全、一致性与跟踪追溯的需要。 符合相关的法律法规。</p>	
专业人员 签字		日期 2024年9月3日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。